CTI 华测检测

CMA
231020341199

检 测 报 告

报告编号 A2250377767148C-2

委托单位 江苏大力神科技股份有限公司

受检单位 江苏大力神科技股份有限公司

受检单位地址 丹阳市开发区机场路 95 号

样品类型 地下水

检测类别 自检

江苏华测品标检测认证技术有限公司

No.39274DF9BF

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”（上标格式）号标识的均为租用或借用设备，未标识的为自有设备。

江苏华测品标检测认证技术有限公司
联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园 B1 栋第 14、15、17 层

采 样 人 员：	曾超、徐梓贺	签 发：	李文杰
编 制：	徐鑫艳	签发人姓名：	李文杰
审 核：	章伟	签 发 日 期：	2026/06/04

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

附：检测布点图



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 1：

样品信息：	
样品类型	地下水
检测日期	2026-05-28~2026-06-01

采样点位信息：		
点位名称	采样日期	样品状态
D6	2026-05-28	无味、微黄、微浑

检测结果：

检测项目	结果	单位
	D6	
pH 值	7.2	无量纲
三氯甲烷	ND	μg/L
亚硝酸根	ND	mg/L
六价铬	ND	mg/L
四氯化碳	ND	μg/L
挥发酚	ND	mg/L
氟离子	0.176	mg/L
氨氮	0.450	mg/L
氯离子	67.2	mg/L
氰化物	ND	mg/L
汞	ND	mg/L
浊度	14	NTU
溶解性固体总量	427	mg/L
甲苯	ND	μg/L
石油类	ND	mg/L
砷	0.0019	mg/L
硒	ND	mg/L
硝酸根	4.57	mg/L
硫化物	ND	mg/L
硫酸根	26.5	mg/L
硼	0.07	mg/L
碘化物	ND	mg/L
耗氧量	1.4	mg/L
肉眼可见物	无	/
臭和味	无任何气味	/
色度	15	度

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

续上表

检测结果：		
检测项目	结果	单位
	D6	
苯	ND	μg/L
钙和镁总量（总硬度）	256	mg/L
钠	16.4	mg/L
铁	ND	mg/L
铅	ND	mg/L
铜	0.00209	mg/L
铝	ND	mg/L
银	ND	mg/L
锌	ND	mg/L
锰	0.06	mg/L
镉	ND	mg/L
镍	0.00473	mg/L
阴离子表面活性剂	0.061	mg/L

样品编号：	
检测项目	D6
pH 值	NJS50851102
三氯甲烷	NJS50851100
亚硝酸根	NJS50851104
六价铬	NJS50851112
四氯化碳	NJS50851100
挥发酚	NJS50851098
氟离子	NJS50851104
氨氮	NJS50851111
氯离子	NJS50851104
氰化物	NJS50851108
汞	NJS50851106
浊度	NJS50851096
溶解性固体总量	NJS50851103
甲苯	NJS50851100
石油类	NJS50851099
砷	NJS50851106
硒	NJS50851106

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

续上表

样品编号：	
检测项目	D6
硝酸根	NJS50851104
硫化物	NJS50851107
硫酸根	NJS50851104
硼	NJS50851097
碘化物	NJS50851113
耗氧量	NJS50851105
肉眼可见物	NJS50851110
臭和味	NJS50851110
色度	NJS50851109
苯	NJS50851100
钙和镁总量（总硬度）	NJS50851101
钠	NJS50851097
铁	NJS50851097
铅	NJS50851097
铜	NJS50851097
铝	NJS50851097
银	NJS50851097
锌	NJS50851097
锰	NJS50851097
镉	NJS50851097
镍	NJS50851097
阴离子表面活性剂	NJS50851114
备注： pH 值、浊度为现场检测。	

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 2：

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号
地下水	六价铬	地下水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20190787
	色度	地下水质分析方法 第 4 部分：色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021	5 度	比色管
	氰化物	地下水质分析方法 第 52 部分：氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504 TTE20161046
	耗氧量	地下水质分析方法 第 68 部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021	0.4mg/L	连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTE20170440
	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	/	电子天平 FA214A EDD48JL190826
	硼	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV TTE20163569
	钠		0.03mg/L	
	铝		0.009mg/L	
	锌		0.009mg/L	
	银		0.03mg/L	
	铁		0.01mg/L	
	锰		0.01mg/L	
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00009mg/L	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 2000 TTE20202072
	镉		0.00005mg/L	
	镍		0.00006mg/L	
	铜		0.00008mg/L	

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

续上表

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	pH/mV 计 SX711 TTE202513633
	苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.4μg/L	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 8860-5977B TTE20191070
	甲苯		0.3μg/L	
	三氯甲烷		0.4μg/L	
	四氯化碳		0.4μg/L	
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(方法 1 萃取分光光度法) HJ 503-2009	0.0003mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20182388
	氟离子	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L	离子色谱仪（IC） CIC-D120+ TTE202521626
	氯离子		0.007mg/L	
	硫酸根		0.018mg/L	
	亚硝酸根		0.016mg/L	
	硝酸根		0.016mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20182388
	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0004mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453
	汞		0.00004mg/L	
	砷		0.0003mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3NTU	便携式浊度仪 WZB-715 型 TTE20251433
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20182388

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

续上表

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号
地下水	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.003mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504 TTE20161046
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	0.002mg/L	离子色谱仪（IC） Aquion TTE20189540
	钙和镁总量（总硬度）	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	0.05mmol/L	滴定管 25mL EDD48JL210013
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20182388
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	/
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023	/	

报告结束

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com